



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
„Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde”
identifikācijas Nr. RCK 2018/4

ERAF projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/006 “Būvmateriālu īpašību pārbaudes laboratorijas modernizācija” ietvaros (8.1.4. specifiskais atbalsta mērķis “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”)

**IEPIRKUMU KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS –
PIEDĀVĀJUMA ATVĒRŠANA UN LĒMUMS PAR IEPIRKUMA
IZBEIGŠANU**

Rīgā, 2018. gada 27. decembrī

Nr.2018/4-2

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Celtniecības koledža (turpmāk – RCK), reģ. Nr. 90000025357, Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050.
2. Iepirkumu komisija izveidota ar RCK direktores 2014. gada 26. novembra rīkojumu Nr.01-2/104
3. Iepirkumu komisijas sēdē piedalās:
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – direktore I.Lūse
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece – direktora vietniece studiju un pētniecības darbā S.Sviķe;
Iepirkumu komisijas locekļi:
direktora vietniece mācību darbā R.Baradovska,
jurists R.Beļevičs.
Nepiedalās: Iepirkumu komisijas loceklis Būvniecības katedras vadītājs J.Niedre.
Komisija ir lemttiesīga.
Pieaicinātā persona: iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja un ERAF projekta Nr. 8.1.4.0/17/I/006 vadītāja L.Krāģe.
Protokolē: jurists R.Beļevičs.
4. Piedāvājumu iesniedzis viens pretendents:
SIA “IRBEST”, reģ. Nr. 40003843827; piedāvātā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa: 13019.00 EUR.
5. Iepirkumu komisija veic pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un nolikuma prasībām. Izskatot iesniegto dokumentāciju un uzklusot par iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu atbildīgo personu R.Beļeviča un L.Krāģes atzinumu, komisija atzīst, ka Pretendents atbilst izvirzītajām prasībām, taču pretendenta iesniegtais piedāvājums izvirzītajām prasībām neatbilst – saskaņā ar pievienoto ražotāja dokumentāciju iekārtas

minimālā gaisa plūsma pie 50 Pa ir 14 m³/h, lai gan tehniskajā specifikācijā tika pieprasīta 12 m³/h vai zemāka. Tā kā nav iesniegts nolikumam atbilstošs piedāvājums, iepirkums izbeidzams bez rezultāta.

**6. Komisija apspriežas un vienbalsīgi (par-4, pret, atturas – nav) nolemj:
izbeigt iepirkumu „Gaisa caurlaidības noteikšanas iekārtas piegāde”,
identifikācijas Nr. RCK 2018/4.**

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja slēdz sēdi.

komisijas priekšsēdētāja I.Lūse /paraksts/

komisijas priekšsēdētājas vietiece S.Sviķe /paraksts/

komisijas locekle R.Baradovska /paraksts/

Komisijas loceklis, protokolēja
R.Beļevičs /paraksts/

Pieaicinātā persona L.Krāģe /paraksts/